

Calibraciones para experimentos de CPMAS y polarización directa en el cabezal de triple resonancia.

Núcleo: ^{11}B

Abundancia natural 19.9 %

Frecuencia de resonancia a 7 T, 32.23 MHz.

Pulso de $\pi/2=4 \mu\text{s}$ a 2.5 dB